

* FDC 2 架台 (別に千賀報告)

- * B2F で組立： 千賀、高橋、増子、小林
- * 回転架台、固定架台が 10-12mm 差がある為、レール部を固定する際にシムに要工夫
- * 幾つか追加製作が必要な項目有

* HPC

- * K4 でテストベンチを準備
- * 高電圧 1.8-1.9kV をかけ single rate を調べた限りでは、18台とも OK。かなりラフな運搬のダメージは無いらしい。
- * 1本 single rate が高い物があり、調査中
- *