

Work memo for exp_samurai_2017spring

9-Mar-2017 1
Kobayashi T.

9-Mar-2017 @riken

- SBT
 - scintillators : changed to 0.2mm^t.
- BDC stand
 - position : changed by about 30 mm to upstream @1-Mar by Togano
- FDC1
 - oscillation : no improvement
- ICB, ICF, FDC2 gas purge
 - FDC2用に2本パラで使っていたHe/CH₄ポンベの片方のポンベバルブが閉まっていた、片側が空になっていた。いつから流れてなかったか不明。これまでに約3回置換済。ポンベを交換して継続中。
 - ICB, ICF : P10ポンベ交換後継続中。
- ICF
 - HV(2), signal (8) lines : connected to B3F

